

报告	关于安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司总磷在线检测仪2020年3月23日数据异常情况说明	编号	JQZXC-20200323
安徽江淮汽车集团股份有限公司：			
2020年3月23日0:00分总磷在线监测仪出现异常值9.868mg/L,运维人员到达现场后立即对设备展开排查，发现现场总磷设备运行正常，参数正常。采样管内壁附着颗粒物造成总磷信号波动异常，导致该瞬时测量点异常。 运维人员现场对管路等部件进行了清洗，于9:13分采用0.5mg/L质控样进行校验，测得数据为0.516mg/L，误差+3.2%满足测量使用要求。2020年3月23日20:00分在线总磷恢复正常。 时，取到总浮物，造成瞬时反应吸光值异常，导致数据异常。现场已配合止业及时清理外排口，避免出现内似情况。 特此说明，敬请悉知。 安徽普睿水电子技术有限公司运营部 2020年3月24日			
 			